

Rzeszów, dnia 25 października 2019 roku

**Odpowiedzi na zapytania
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na „Dostawa sprzętu medycznego”,
znak sprawy: ZP/1/PN/2019**

Zamawiający - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie - otrzymał zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje
treść odpowiedzi/wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania:

Dotyczy Pakietu Nr 2. Dostawa separatora amalgamatu

Pytanie 1

Z jakim systemem ssącym współpracuje unit stomatologiczny? Mokrym czy suchym?

Odpowiedź:

Unit stomatologiczny jest system suchym –posiada pompę suchą.

Pytanie 2

W jakim miejscu należy zamontować separator? Przy unicie stomatologicznym czy w
okolicach pompy? Jeśli przy unicie czy separator może zostać zamontowany w osobnej
skrzynce a nie bezpośrednio w bloku spluwaczki jeśli możliwości techniczne na to nie
pozwolą?

Odpowiedź:

Separator może zostać zamontowany w osobnej skrzynce.

DYREKTOR
Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej SPZOZ
w Rzeszowie

lek. med. Roman Wrona