

Rzeszów, dnia 16 czerwca 2017 roku

ZP/2/PN/2017

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografu cyfrowego – 1 szt., Nr sprawy: ZP/2/PN/2017

Zamawiający - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie - otrzymał zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) przekazuje treść odpowiedzi/wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania:

### **PYTANIE 1**

#### **Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający, wyszczególnił głowicę endocavity (opisana w pkt XIII), która przy lepszych parametrach, i szerszym zastosowaniu umożliwi również te same badania co głowica ginekologiczno –endowaginalna (opisana w pkt XIV).

Ponadto głowica endocavity, z punktu XIII, umożliwia badania transrektalne, więc nie ma potrzeby wyposażać aparat w głowicę transrektalną z punktu XV.

W związku z powyższym, w celu optymalizacji przedmiotu zamówienia, jego dostosowanie do realnych potrzeb Zamawiającego, oraz uniknięcie nadprogramowych i niepotrzebnych kosztów (wyższy koszt zakupu urządzenia z powodu dublujących się funkcjonalności), wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

- a) Wnosimy o odstąpienie wymogu dostarczenia głowicy ginekologicznej –endowaginalnej z pkt XIV.
- b) Wnosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia głowicy transrektalnej z punktu XV, lub przeniesienie jej do wymagań odnośnie możliwości rozbudowy.
- c) Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia głowicy transrektalnej prosimy o zmianę wymagań granicznych opisu parametru głowicy w sposób następujący:

XV	<b>Głowica endorektalna dwupłaszczyznowa convex/convex</b>	TAK, podać typ
1	Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 4-10 dla obu osi	TAK
2	Kąt pola skanowania (widzenia) min. 160/160 dla obu osi	TAK
3	Praca w trybie II harmoniczne	TAK

## ODPOWIEDŹ 1

Ad.a) Zamawiający odstępuje od dostarczenia głowicy ginekologicznej z pkt. XIV Załącznika Nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Ad. b) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Ad c.) Zamawiający wyraża zgodę i w pkt. XV w miejsce dotychczasowego opisu żąda spełnienia następujących wymagań:

XV	Głowica endorektalna dwupłaszczyznowa convex/convex	TAK
1	Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 4-10 dla obu osi	TAK
2	Kąt pola skanowania (widzenia) min. 160/160 dla obu osi	TAK
3	Praca w trybie II harmoniczne	TAK

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający modyfikuje Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert (w każdym miejscu SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu) w sposób następujący:

- termin składania ofert: do dnia 21.06.2017 r., do godz. 14.30
- termin otwarcia ofert: w dniu 21.06.2017 r. o godz. 14.35

Na pozostałe pytania Wykonawców Zamawiający odpowie niezwłocznie.

DYREKTOR  
Wojskowej Specjalistycznej  
Przychodni Lekarskiej SPZOZ  
w Rzeszowie



.....lek. med. Roman Wrona.....  
Podpis Dyrektora

## Załącznik:

1. Zmodyfikowany Załącznik Nr 2 do SIWZ