

Rzeszów, dnia 20 czerwca 2017 roku

ZP/2/PN/2017

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografu cyfrowego – 1 szt., Nr sprawy: ZP/2/PN/2017**

Zamawiający - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie - otrzymał zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) przekazuje treść odpowiedzi/wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania:

**Nr 3**

**Pytanie 1**

**Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

W związku z tym, że pkt II.18 oraz pkt. XVI.7 dotyczą tej samej funkcjonalności (Obrazowanie harmoniczne inne niż „Inwersja Pulsu” wykorzystujące do analizy min. 3 częstotliwość), czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu bez zainstalowanej opisanej funkcjonalności, ale zaoferowanie jej jako możliwość rozbudowy ?

**Odpowiedź 1**

W związku z powyższym Zamawiający usuwa pkt. II. 18 i wyraża zgodę na zaoferowanie funkcjonalności jako możliwość rozbudowy, zgodnie z pkt. XVI.7 Załącznika Nr 2 do SIWZ.

  
DYREKTOR  
Wojskowej Specjalistycznej  
Przychodni Lekarskiej SPZOZ  
w Rzeszowie  
lek. med. Roman Wrona  
.....  
Podpis Dyrektora